

### 5.3 AMBULATORI DELLE PROFESSIONI SANITARIE (INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, OSTETRICO E FISIOTERAPISTA)

Gli ambulatori delle Professioni Sanitarie sono definiti secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 6 punto C e all'articolo 2 comma 1 punto 4 della L.R. 32/2007. L'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio vengono richieste secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 32/2007

codice paragrafo  
APS

#### REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

L'Ambulatorio delle professioni Sanitarie è costituito da:

- 1) Almeno un locale di espletamento delle attività professionali con una superficie non inferiore a 12 mq. SI NO
- 2) Il/I locale/i dedicato/i alla esecuzione di prestazioni è dotato di pavimento realizzato in materiale impermeabile, facilmente lavabile, ben connesso, con pareti rivestite con materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di 2 mt. SI NO
- 3) I locali sono dotati di porte a superficie lavabile SI NO
- 4) Il/I locale/i dedicato/i alla esecuzione di prestazioni è dotato di lavabo in acciaio o ceramica con comando non manuale SI NO
- 5) E' presente una sala d'attesa illuminata e areata dall'esterno SI NO
- 6) E' presente un servizio igienico illuminato ed areato dall'esterno, ad esclusivo uso dell'ambulatorio con accesso anche dalla sala di attesa, costituito da bagno ed antibagno dotato di pavimenti realizzati in materiale impermeabile, facilmente lavabile e ben connesso. Le pareti devono essere rivestite con materiale impermeabile e lavabile, fino all'altezza di 2 mt. Sono rispettate le norme previste per l'utilizzo da parte di disabili SI NO
- 7) Tutti gli impianti sono realizzati nel rispetto della normativa antinfortunistica SI NO
- 8) E' presente spazio/armadio adibito a deposito di materiale pulito SI NO
- 9) E' presente un idoneo spazio/locale e la relativa attrezzatura per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e per la conservazione della biancheria sporca SI NO
- 10) E' presente un locale spogliatoio per il personale secondo quanto previsto dal D.Lgs 626/1994 SI NO

#### REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

- 11) E' presente un lettino con possibilità di prestazioni di tipo ginecologico SI NO
- 12) E' presente un armadio per l'idonea conservazione del materiale sanitario con serratura a chiave SI NO
- 13) E' presente un armadio con serratura a chiave per la conservazione dei farmaci da somministrare dietro prescrizione medica SI NO
- 14) Sono presenti apparecchi elettromedicali commisurati alle prestazioni erogabili SI NO
- 15) E' presente un frigorifero SI NO
- 16) E' presente uno schedario chiudibile a chiave per le cartelle cliniche SI NO
- 17) E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza (Rianimazione cardio-polmonare) di cui viene verificata periodicamente la funzionalità, dotato di:**
  - a) pallone autoespansibile con maschere di varie misure SI NO
  - b) cannule orofaringee di varie misure SI NO
  - c) sfigmomanometro con fonendoscopio SI NO
  - d) laccio, siringhe e agocannule SI NO
  - e) materiale per medicazione SI NO
  - f) farmaci salvavita SI NO
  - g) defibrillatore con pacing esterno SI NO
- 18) E' presente, qualora la struttura non usufruisca di un servizio esterno di sterilizzazione, un'autoclave per la sterilizzazione dello strumentario in regola con le disposizioni relative alla direttiva europea 93/42/CEE SI NO

- 19) E' presente (qualora la struttura non usufruisca di un servizio esterno di sterilizzazione) una imbustatrice per ferri SI NO
- 20) E' disponibile nella struttura materiale monouso adeguato allo svolgimento dell'attività chirurgica SI NO
- 21) E' presente un'apparecchiatura per il lavaggio e la disinfezione di alto livello dello strumentario e delle attrezzature (qualora la struttura non usufruisca di un servizio esterno di sterilizzazione) SI NO

#### **Per gli ambulatori di Fisioterapia inoltre**

- 22) Il locale ambulatorio permette l'accesso agevole ai pazienti in carrozzina o che utilizzano deambulatori o altri ausili per la deambulazione SI NO
- 23) In presenza di locali open space suddivisi in box è garantita una superficie minima di 4,5 mq per postazione di cura SI NO
- 24) La superficie minima della struttura ambulatoriale è pari a 100 mq di cui almeno 45 mq destinati ad ambiente palestra in maniera tale da permettere contemporaneamente l'esercizio terapeutico (o le attività dinamiche) di 6 pazienti SI NO
- 25) Per ogni ulteriore paziente presente contemporaneamente, la superficie della palestra deve essere incrementata di 5 mq SI NO
- 26) Se la struttura prende in carico pazienti in età evolutiva sono presenti spazi dedicati ed attrezzature specifiche in relazione alle patologie trattate SI NO

#### **REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI**

##### **27) Ai fini del funzionamento dell'Ambulatorio sono necessari:**

- a) il registro dei pazienti SI NO
- b) a cartella infermieristica redatta in cartaceo o con sistema informatizzato in cui riportare il piano assistenziale e le prestazioni infermieristiche effettuate SI NO
- c) la cartella fisioterapica, cartacea o informatizzata in cui riportare la valutazione funzionale, la stesura del programma riabilitativo, il piano di trattamento e le verifiche periodiche dello stesso SI NO
- 28) Tutti i materiali, i farmaci e le confezioni riportano in evidenza la data di scadenza SI NO
- 29) Sono presenti schedari per la conservazione delle prescrizioni mediche relative a prestazioni erogabili sulla base delle stesse SI NO
- 30) E' presente documentazione relativa ai titoli di pagamento delle prestazioni erogate secondo gli Accordi Contrattuali stipulati per prestazioni in regime di convenzione oppure documentazione fiscale redatta secondo la normativa vigente per prestazioni erogate a pagamento SI NO

#### **Per gli ambulatori di Fisioterapia inoltre**

- 31) Sono presenti attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico o di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo SI NO
- 32) Sono presenti attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e complemento all'esercizio terapeutico SI NO
- 33) Gli eventuali apparecchi elettromedicali collegati alla rete devono essere dotati di nodo equipotenziale ed interruttore differenziale con "in" inferiore o uguale a 30A SI NO